



Odbor nákupu

VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE
INV. PLÁN 2.2.235/19

NAŠE ZNAČKA
VZ-2019-001241 621-9/19

VYŘIZUJE / LINKA
NOVÁK/588442873

DATUM
26/11/19

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci – „Elektrodermatom“

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na:

Předmět zakázky

„Bipolární resektoskop“

1. Technické požadavky

1.1. Charakteristika bipolárního resektoskopu pro Urologickou kliniku:

Požadujeme dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 kusu bipolárního resektoskopu, včetně veškerého požadovaného příslušenství a zaškolení personálu k používání nástroje na Urologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc.

1.2. Technická specifikace bipolárního resektoskopu pro Urologickou kliniku:

- ✓ 1 kus bipolárního resektoskopu kompatibilního s používanou elektrokoagulační jednotkou (UES-40) používanou na pracovišti Urologické kliniky
- ✓ resektoskop musí mít vnější průměr pláště maximálně 27 Fr
- ✓ resektoskop musí mít funkci plazmové vaporizace a enukleace prostaty
- ✓ resektoskop musí mít funkci single flow resekce pomocí vnitřního pláště a dodatečného dvojventilu



- ✓ resektoskop musí mít možnost připojení resekčních klíčků
- ✓ resektoskop musí mít možnost připojení vaporizační elektrody ve tvaru hříbku
- ✓ resektoskop musí mít možnost připojení vaporizační oválné elektrody
- ✓ resektoskop musí mít možnost připojení páskové resekční elektrody pro větší koagulační efekt
- ✓ resektoskop musí mít možnost připojení jehlové incizní elektrody (kolmé a šikmé)
- ✓ resektoskop musí mít možnost připojení kuličkové koagulační elektrody
- ✓ resektoskop musí mít možnost připojení elektrody pro enukleaci prostaty (TUEB)
- ✓ veškeré nabízené součásti resektoskopu musí být sterilizovatelné v parním autoklávu (134°C)
- ✓ resektoskop musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE, ve kterém je deklarovaný jako zdravotnický prostředek
- ✓ zajištění pravidelné PBTk jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma
- ✓ minimální délka záruky na přístroj musí být 24 měsíců

1.3. Technická specifikace příslušenství k bipolárnímu resektoskopu pro Urologickou kliniku:

- ✓ součástí dodávky musí být 1 kus HD optika 30° o průměru 4 mm s podporou frekvenčně selektivního barevného zobrazení
- ✓ součástí dodávky musí být 1 kus světlovodu 2,8 mm x 3 m pro připojení do stávajícího zdroje světla CLV-S190 používaného na pracovišti Urologické kliniky
- ✓ součástí dodávky musí být 1 kus dvouplášťového rotačního systému s připojením hadic pro kontinuální proplach, konektory s kohoutem, včetně klasického obturátoru
- ✓ součástí dodávky musí být 1 kus rotačního dvojventilu pro single flow resekci
- ✓ součástí dodávky musí být 1 kus aktivního pracovního elementu
- ✓ součástí dodávky musí být 1 ks optického obturátoru pro bezpečné zavedení pracovního tubusu nástroje
- ✓ součástí dodávky musí být 2 kusy bipolárního HF-kabelu pro připojení ke stávající elektrokoagulační jednotce (UES-40) používané na pracovišti Urologické kliniky
- ✓ součástí dodávky musí být 1 kus proplachovací stříkačky o objemu minimálně 150 ml
- ✓ součástí dodávky musí být 1 kus sterilizačního kontejneru s aretovaným gumovým uchycením jednotlivých částí resektoskopu s víkem

1.4. Požadavky na pravidelné prohlídky, servis a instruktáž bipolárního resektoskopu pro Urologickou kliniku:

- ✓ zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma
- ✓ zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma a dle zákona 268/2014 Sb.
- ✓ bezplatné zajištění proškolení zdravotnického personálu k používání systému a také proškolení určeného personálu k možnosti provádění instruktáže koncových uživatelů k užívání přístroje dle §61 zákona 268/2014 Sb.
- ✓ dostupnost servisu a certifikovaného servisního technika
- ✓ zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje



1.5. Náklady na pravidelné prohlídky a servis bipolárního resektoskopu pro Urologickou kliniku:

- ✓ uveďte četnost pravidelných prohlídek, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění
- ✓ uveďte cenu pravidelné prohlídky včetně nákladů na výměnu materiálu předepsaného výrobcem
- ✓ uveďte cenu PBTk včetně nákladů na dopravu
- ✓ uveďte cenu za hodinu práce servisního technika
- ✓ uveďte cenu za dopravu servisního technika a čas strávený na cestě

2. Zadavatel

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
zastoupená prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.
kontaktní osoba: Kamil Novák, DiS.

3. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc – Urologická klinika
předpoklad realizace do 12/2019

4. Hodnotící kritéria

Zadavatel bude nabídky hodnotit z hlediska ekonomické výhodnosti, ve které bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny, úroveň technických parametrů a užitných vlastností, délku záruky, náklady na pozáruční servis a PBTk po dobu životnosti přístroje, která se předpokládá minimálně po dobu 8 let.

U technických parametrů je stanoven toleranční rozsah $\pm 10\%$

5. Obchodní podmínky a návrh kupní smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu kupní smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 2 ke smlouvě, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění.

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení.

V takovém případě bude nabídka uchazeče při posouzení nabídek vyřazena pro nesplnění podmínek výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.



6. Nabídka musí obsahovat

- ✓ návrh smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ návrh smlouvy záručního a pozáručního servisu dle přílohy č. 4 této výzvy
- ✓ záruční list, prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele vystavené výrobcem
- ✓ reference v ČR
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Bipolární resektoskop“)
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání včetně DPH, s tím že DPH bude vyčísleno zvlášť, **cena bude konečná**, bude zahrnovat veškeré náklady, **včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu**, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž personálu a technika OBMI dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb.
- ✓ platba proti faktuře po splnění dodávky se lhůtou splatnosti faktury do 60 dnů
- ✓ **uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu**
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o veřejných zakázkách v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách.

7. Podání nabídek

Nabídky podávejte nejpozději do 13:00 dne 10. 12. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje pro výběrová řízení PROebiz s označením případu „**Bipolární resektoskop**“ s adresou zadavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor nákupu
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Poznámka:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny k VZMR „Bipolární resektoskop“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc

Příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Bipolární resektoskop“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc

Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy k VZMR „Bipolární resektoskop“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc

Příloha č. 4 – Návrh servisní smlouvy k VZMR „Bipolární resektoskop“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc