

V Olomouci 3. 6. 2023

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce

VZ-2024-000433 – Shaver

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 3.6.2024

DOTAZ:

1/ U položky na ř. 30 tabulky minimálních technických podmínek požaduje zadavatel min. 2 ks vrtáku diamantového 12 000 rpm, s délkou pracovní části min. 12 cm, průměr hřídele 3.6 mm a průměr vrtáku 3 nebo 4 mm, integrované zavlažování a ohyb pracovní části 60° nebo 70°. Bude zadavatel akceptovat námi nabízené řešení splňující všechny požadované parametry a medicínský účel, avšak s cylindrickým vrtákem?

ODPOVĚĎ:

Při splnění ostatních požadovaných parametrů bude zadavatel akceptovat nabídku s cylindrickými vrtáky.

Nedílnou součástí vysvětlení ZD č. 1 je upravená Příloha č. 2 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek(030624)

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 17.6. 2024 do 10 hodin.

Seznam příloh:

Příloha č. 2 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek(030624)