

V Olomouci 12. 6. 2024

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
Zdravotníků 248/7  
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce**

VZ-2024-000418 - Kazeta se sterilizačním médiem pro sterilizátor STERRAD 100NX

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12.6.2024

**DOTAZ:**

V příloze č.3 – Návrh kupní smlouvy je v bodě 2. odstavce III. Mimo jiné uvedeno: „Doba použitelnosti zboží při jeho převzetí musí být minimálně 12 měsíců“.

Stejný požadavek je uveden i v příloze č.4. - Tabulka splnění minimálních technických podmínek: • expirace min. 12 měsíců

Jedná se o spotřební materiál, který je dodáván průběžně (i několikrát měsíčně – vždy podle potřeby) a jeho doba použitelnosti je vždy minimálně 6 měsíců od dodávky.

Umožní zadavatel podat nabídku na dodávky kazet, kdy doba použitelnosti bude při převzetí minimálně 6 měsíců a upraví v tomto smyslu i výše jmenované přílohy?

**ODPOVĚĎ:**

Zadavatel připouští nabídku, kdy doba použitelnosti kazet bude při převzetí minimálně 6 měsíců.

Nedílnou součástí vysvětlení ZD č. 1 je opravená Příloha č.3 – Návrh kupní smlouvy a Příloha č.4. - Tabulka splnění minimálních technických podmínek

---

**Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídky do 24.6.2024 do 10 hod.**

Přílohy:

Příloha č.3 – Návrh kupní smlouvy (120624)

Příloha č.4. - Tabulka splnění minimálních technických podmínek (120624)