

V Olomouci 24. 6. 2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce
VZ-2024-000468 - Chladicí a mrazicí technika

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 21.6.2024

DOTAZ :

Dotaz k návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb:

V odstavci 8. článku III. Rozsah a termíny provádění údržby a servisu a oprav je požadováno: Poskytovatel je povinen odstranit poruchy a závady nahlášené objednatelem způsobem dle odst. 6. tohoto článku v následujících termínech:

o není-li dále stanoveno jinak je poskytovatel povinen nastoupit k odstranění nahlášené závady/poruchy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od okamžiku jejího nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Tato dohoda může být provedena formou písemného zápisu či formou emailového potvrzení odpovědnými zaměstnanci obou smluvních stran,

o není-li dále stanoveno jinak je poskytovatel povinen odstranit nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od okamžiku jejího nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Tato dohoda může být provedena formou písemného zápisu či formou emailového potvrzení odpovědnými zaměstnanci obou smluvních stran,

o není-li dále stanoveno jinak je poskytovatel povinen v případě opravy trvající déle než 5 dnů po dobu opravy bezplatně zapůjčit náhradní přístroj s odpovídajícími technickými parametry jako vadný přístroj, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném řešení.

Vzhledem k přetrvávajícím problémům s dodávkami některých výrobních komponent a dílů není vždy možné obdržet včas náhradní díl a není bohužel v našich možnostech tuto situaci nijak ovlivnit. Požadovaná doba trvání této smlouvy na dobu určitou 8 let a výše sankcí při nedodržení termínů dohodnutých v této smlouvě vzhledem k maximální nabídkové ceně požadovaných lednic nás nutí zvážit rizika, zda za těchto podmínek budeme svoji nabídku podávat. Proto žádáme o prodloužení navrhaných termínů takto

- povinen odstranit nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od okamžiku jejího nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- v případě opravy trvající déle než 30 dnů po dobu opravy bezplatně zapůjčit náhradní přístroj s odpovídajícími technickými parametry jako vadný přístroj, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném řešení.



ODPOVĚĎ:

Zadavatel posoudil podmínky stanovené v návrhu smlouvy a upravil znění smlouvy v čl. III odst. 8 v příloze č. 5 – Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb a prodloužil maximální dobu pro odstranění závady na 14 dnů a povinnost zapůjčit vadné zařízení v případě opravy delší než 14 dnů.

Navrhovanou dobu 30 dnů nelze akceptovat s ohledem na provoz pracoviště.

Upravená Příloha č.5 – Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb(240624) je nedílnou součástí vysvětlení ZD č. 1.

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 5. 7. 2024 do 10 hodin

Seznam příloh:

Příloha č.5 – Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb (240624)