

V Olomouci 26. 6. 2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce

VZ-2024-000468 - Chladicí a mrazicí technika, část III VZ-2024-000468-03 – Laboratorní lednice

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 25.6.2024.

DOTAZ:

část III - Laboratorní lednice:

V technické specifikaci předmětu VZ požadujete přístroj o max. rozměrech (v x š x h) 1700 x 750 x 770 mm.

Budete akceptovat laboratorní lednici o celkové výšce 1793 mm při zachování požadované max. šířky a hloubky?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel bude při zachování požadované max. šířky a hloubky zařízení akceptovat dodávku lednice s limitem průchodu dveřmi až do max. výšky 1900 mm.

Skutečnou výšku zařízení účastník uvede do sloupce „poznámka“ Přílohy č.3 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek, část III a připojí odkaz na informaci z vysvětlení ZD č. 3

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídky, protože datum pro prodloužení lhůty pro podání nabídek se shoduje se změnou lhůty pro podání nabídek z vysvětlení ZD č. 2.