

V Olomouci 18. 7. 2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce

VZ-2024-000549 - Drenážní katétry pro zevní drenáže žlučových cest

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 17.7.2024

DOTAZ:

Zadavatel v příloze č.5 - Tabulka splnění minimálních technických parametrů požaduje mj: pro délku katétru 40 cm ($\pm 10\%$), s min. 30 postranními otvory požadované zevní průměry 10F; 12F; 14.0F
Chceme si ověřit, zda se jedná opravdu o 30 otvorů a nikoli o překlep?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel u této délky katétru opravdu požaduje katétr s minimálně 30 postranními otvory, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. Požadovaný min. počet postranních otvorů je dán předpokládaným specifickým použitím pro drenáž žlučových cest při nádorech žlučových cest, žlučníku či vývodných cest žlučových.