

V Olomouci 24. 7. 2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce
VZ-2024-000511 - Diagnostické monitory RTG

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 23.7.2024

DOTAZ 1:

Zadavatel ve svých minimálních technických požadavcích požaduje maximální svítivost 1200 cd/m² a současně tzv. human senzor.

Bude Zadavatel akceptovat nabídku na monitory pro primární diagnostiku, které svými jinými technickými parametry překračují požadavky stanovené Zadavatelem (např. precizní konzistence obrazu pomocí technologie PPU nebo plnou Steady Color kalibraci) pokud budou disponovat maximálním jasnem 1050 cd/m² a absencí „human senzoru“?

ODPOVĚĎ 1:

Zadavatel nebude akceptovat nabídku s navrhovaným řešením. Zadavatel vyžaduje „human senzor“ z důvodu úspor el. energie a z důvodu prodloužení životnosti panelu, když uživatelé monitor nepoužívají. Toto platí zejména pro používání na provozech urgentního příjmu. Svítivost 1200 cd/m² je vyžadována z důvodu prodloužení životnosti panelu.

DOTAZ 2:

Zadavatel ve svých minimálních technických požadavcích požaduje „automatické nastavení jasu při zobrazení textu“. Bude Zadavatel akceptovat řešení pomocí virtuálního monitoru konfigurovatelného na vrstvě ovladačů grafické karty pro režim TEXT nebo diagnostický režim DICOM, přizpůsobitelný individuálně pro každého popisujícího lékaře?

ODPOVĚĎ 2:

Zadavatel alternativní možnost řešení pomocí virtuálního monitoru konfigurovatelného na vrstvě ovladačů grafické karty pro režim TEXT nebo diagnostický režim DICOM, přizpůsobitelný individuálně pro každého popisujícího lékaře neakceptuje z důvodu neprovázanosti řešení s HW displaye a z důvodu komplikací spojených s upgrady ovladačů grafické karty a operačního systému.