

V Olomouci 8.8.2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce
VZ-2024-000545 - Zmrazovací zařízení

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 7.8.2024

DOTAZ 1:

Součástí dodávky požadujete veškeré nutné příslušenství pro mražení ovariální tkáně.
Prosíme o upřesnění, o jaké konkrétní příslušenství se jedná.

ODPOVĚĎ 1:

Příslušenstvím se myslí kompatibilní držáky (hliníkové) na kryozkumavky, které by musí být součástí přístroje.

DOTAZ 2:

Požadujete platinová teplotní čidla zajišťující přesné měření teploty v komoře a na vzorku.
Je možné nabídnout ekvivalentní, vysoce přesné vodivostní sondy na bázi mědi a niklu?

ODPOVĚĎ 2:

Zadavatel bude akceptovat vodivostní sondy na bázi mědi a niklu, pokud bude zaručeno přesné měření v komoře a na vzorku.

Toto akceptované řešení účastník uvede do sloupce „poznámka“ Př. č. 2 – Tabulka splnění minimálních technických podmínek s odkazem na znění vysvětlení ZD č. 1.

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 14.8.2024 do 10 hodin.