

V Olomouci 13.8.2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce
VZ-2024-000545 - Zmrazovací zařízení

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 9.8.2024

DOTAZ:

V rámci technických podmínek je požadováno: Přístroj musí mít min počet kroků mrazícího procesu min. 32
Bude zadavatel akceptovat zařízení s možností uložení maximálně 20 kroků mrazícího procesu?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel bude akceptovat nabídku se zařízením, které má počet kroků mrazícího procesu min. 20.

Nedílnou součástí vysvětlení č. 2 je opravená Příloha č. 2 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek(130824).

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 26.8.2024 do 10 hodin.

Seznam příloh:

Příloha č. 2 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek(130824)