

V Olomouci 7. 8. 2024

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
Zdravotníků 248/7  
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce**  
VZ-2024-000586 – Resuscitátor

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 6. 8. 2024

**DOTAZ:**

Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci, konkrétně Příloze č. 2 – Tabulka splnění minimálních technických podmínek, splnění technické podmínky:  
- „životnost přístroje minimálně 8 let“.

Z tohoto požadavku není zjevné, jakým způsobem má účastník prokázat splnění požadovaného parametru.

Účastník nabízí takový zdravotnický prostředek, jehož životnost je výrobcem garantována po dobu 7 let od uvedení prostředku do provozu. Na základě dlouhodobé zkušenosti účastníka a za předpokladu správné údržby a dostatku náhradních dílů je praktická životnost zdravotnického prostředku více než 8 let.

Bude zadavatel považovat toto řešení za splnění technického požadavku?

**ODPOVĚĎ:**

Zadavatel upravuje podmínky zadávací dokumentace následovně:

- životnost přístroje je minimálně **7 let**

- maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny za pozáruční servis 1 ks zařízení (pravidelné servisní náklady, modelové servisní náklady po dobu 7 let a náklady na případnou další instruktáž) **ve výši 50 000,- Kč bez DPH**

- součástí dodávky je držák pro uchycení na stěnu

Nedílnou součástí vysvětlení ZD č. 2 je upravená Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny(070824), Příloha č. 2 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek(070824), Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb(070824)

**Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 19. 8. 2024 do 10 hodin.**

---

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny(070824)

Příloha č. 2 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek(070824)

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb(070824)