

V Olomouci 27. 8. 2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce
VZ-2024-000618 - Chladicí a mrazicí technika III

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 26.8.2024

DOTAZ :

Dotaz k návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb:

V odstavci 8. článku III. Rozsah a termíny provádění údržby a servisu a oprav je požadováno:

Poskytovatel je povinen odstranit poruchy a závady nahlášené objednatelem způsobem dle odst. 6. tohoto článku v následujících termínech:

o není-li dále stanoveno jinak je poskytovatel povinen nastoupit k odstranění nahlášené závady/poruchy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od okamžiku jejího nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Tato dohoda může být provedena formou písemného zápisu či formou emailového potvrzení odpovědnými zaměstnanci obou smluvních stran, o není-li dále stanoveno jinak je poskytovatel povinen odstranit nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od okamžiku jejího nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Tato dohoda může být provedena formou písemného zápisu či formou emailového potvrzení odpovědnými zaměstnanci obou smluvních stran,

o není-li dále stanoveno jinak je poskytovatel povinen v případě opravy trvající déle než 5 dnů po dobu opravy bezplatně zapůjčit náhradní přístroj s odpovídajícími technickými parametry jako vadný přístroj, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném řešení.

Vzhledem k přetrvávajícím problémům s dodávkami některých výrobních komponent a dílů není vždy možné obdržet včas náhradní díl a není bohužel v našich možnostech tuto situaci nijak ovlivnit.

Požadovaná doba trvání této smlouvy na dobu určitou 8 let a výše sankcí při nedodržení termínů dohodnutých v této smlouvě vzhledem k maximální nabídkové ceně požadovaných lednic nás nutí zvážit rizika, zda za těchto podmínek budeme svoji nabídku podávat. Proto žádáme o prodloužení navrhovaných termínů takto:

- povinen odstranit nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od okamžiku jejího nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- v případě opravy trvající déle než 30 dnů po dobu opravy bezplatně zapůjčit náhradní přístroj s odpovídajícími technickými parametry jako vadný přístroj, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném řešení.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel posoudil podmínky stanovené v návrhu smlouvy v článku III, odst. 8 a na znění smlouvy trvá.

Pro případ řešení potíží nejen s dodávkou některých náhradních komponent je ve smlouvě vždy uvedena možnost řešení doby opravy dohodou s objednatelem. Viz znění odstavců:

- o není-li dále stanoveno jinak je poskytovatel povinen odstranit nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 5 dnů** od okamžiku jejího nahlášení, **nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.** ...



FAKULTNÍ NEMOCNICE®
OLOMOUC

- není-li dále stanoveno jinak je poskytovatel povinen v případě opravy trvající déle než **5 dnů** po dobu opravy bezplatně zapůjčit náhradní zařízení s odpovídajícími technickými parametry jako vadné zařízení, **nedohodnou-li se smluvní strany na jiném řešení.**