

V Olomouci 12. 9. 2024

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
Zdravotníků 248/7  
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce**

VZ-2024-000689 - Zmrazovací zařízení II

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12.9.2024

**DOTAZ 1:**

Cenový limit 500 tis. CZK za zařízení dle Vašeho zadání výběrového řízení je podmínka, kterou objektivně nelze splnit. Jakou metodikou se v takovém případě řídí podání nabídky?

**ODPOVĚĎ 1:**

Zadavatel stanovil novou maximální a nepřekročitelnou hodnotu nabídkové ceny za pořízení a dodávku 1 ks přístroje na výši 565 000,- Kč bez DPH.

---

**DOTAZ 2:**

Jednou ze zásadních technických podmínek, které si laboratoře hlídají, jsou celkové rozměry zařízení. Ve Vašem zadání však tato specifikace chybí. Prosím tedy o informaci, jaké jsou v tomto případě prostorové dispozice?

**ODPOVĚĎ 2:**

Prostorové dispozice jsou 60 cm (šířka) x 60 cm (délka) x 60 cm (výška).

---

**Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídky do 23.9.2024 do 10 hod.**