

V Olomouci 16. 10. 2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce

VZ-2024-000752 - Kleště bioptické jednorázové do gastrokopu-koloskopu

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 15. 10. 2024

DOTAZ:

Zadavatel požaduje dodání kompletního portfolia (hladké, zubaté, s bodcem, bez bodce). Toto portfolio má však na trhu v ČR k dispozici jen omezený počet dodavatelů. Bude proto účastníkům umožněno přihlásit se pouze do vybraných částí, pokud bude nabídka splňovat zadané technické požadavky dané kategorie kleští a podmínku maximální nepřekročitelné ceny? Rozdělením předmětu zakázky na části by zadavatel mohl obdržet výhodnější cenové nabídky. Byl by zadavatel laskav a rozdělil zakázku na části?

ODPOVĚĎ:

Na základě konzultace s vedením pracoviště zadavatel trvá na dodávce kleští bioptických jednorázových do gastrokopu/koloskopu od jednoho dodavatele. Důvodem je sjednocení ovládání těchto nástrojů, které usnadňuje práci personálu při výkonech.