

V Olomouci 11. 11. 2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce
VZ-2024-000878 - Centrifugy

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8. 11. 2024

DOTAZ č.1:

V technické specifikaci předmětu VZ pro ČÁST II. – Centrifuga chlazená pro HOK je uveden požadavek – Přístroj musí mít paměť minimálně pro 11 programů.
Bude konečný uživatel akceptovat chlazenou centrifugu s pamětí pro 9 programů označených programovacími místy pod čísly (1 - 2 - 3 - ... 9) + paměť pro poslední nastavený program jinak plně splňující minimální technické podmínky?

ODPOVĚĎ č. 1:

Pro VZ-2024-000878 – Centrifugy, část II - Centrifuga chlazená pro HOK bude zadavatel, za předpokladu splnění ostatních stanovených parametrů, akceptovat nabídku na chlazenou centrifugu s pamětí pro 9 programů.

Nedílnou součástí vysvětlení ZD č. 1 je upravená Příloha č. 2 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek část I, II (111124).

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 22.11.2024

Seznam příloh:

Příloha č. 2 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek část I, II (111124)