

V Olomouci 14. 11. 2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce
VZ-2024-000881 - Zalévací linky

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12. 11. 2024

DOTAZ 1:

V příloze č. 2 – Tabulce splnění minimálních technických podmínek, v sekci pro 2ks zalévacího modulu, zadavatel požaduje: Příklad musí mít snímatelný vyhřívaný držák pro min. 6ks pinzet. Bude zadavatel akceptovat řešení s lepšími parametry – držák pro 8ks pinzet, integrovaný a vyhřívaný přímo v pracovní ploše? Takové řešení se nezanáší, nepřekáží a nevyžaduje údržbu, navíc poskytuje prostor pro více pinzet.

ODPOVĚĎ 1:

Zadavatel upravuje min. technické podmínky: Příklad musí mít snímatelný vyhřívaný držák pro min. 6 ks pinzet.

DOTAZ 2:

V příloze č. 2 – Tabulce splnění minimálních technických podmínek, v sekci pro 2ks chladicí desky, zadavatel požaduje: Příklad musí mít funkci pro zabránění kapénkové kondenzace. Prosíme o vysvětlení této funkce s uvedením na příkladu tak, aby bylo zřejmé, jak má tato funkce být plněna.

ODPOVĚĎ 2:

Zadavatel požaduje, aby nedocházelo k rosení přístroje.

Nedílnou součástí vysvětlení ZD č. 1 je upravená Příloha č. 2 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek(141124). List „Soupis cen“ byl z této přílohy odstraněn, není součástí zadání a jeho doplnění se nepožaduje.

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 25.11.2024 do 10 hod.

Seznam příloh:

Příloha č. 2 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek(141124)