

V Olomouci 18.11.2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce
VZ-2024-000862 - Žiletka mikrotomová

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 18.11.2024

DOTAZ 1:

V příloze č. 4: Tabulka splnění minimálních technických podmínek Výzvy k podání nabídky, uvádíte Vaše požadavky na žiletky. Prosím Vás o odpověď na níže vypsany parametr.
úhel řezné hrany (břitu) 35°

Naše žiletky, které jsou určeny k řezání tvrdých, jakožto i tenkých řezů, mají úhel 34°. Tento úhel poskytuje vyhotovování kvalitních řezů. Je tento úhel pro zadavatele přípustný?

ODPOVĚĎ 1:

Zadavatel připouští nabídku žiletek mikrotomových s úhlem řezné hrany (břitu) 34° při dodržení všech ostatních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Povolenou změnu parametru uveďte do sloupce „poznámky/skutečné parametry/odkazy“ v příloze č. 4 – Tabulka splnění minimálních technických podmínek s odkazem na vysvětlení ZD č. 1.

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídky do 29.11.2024 do 10 hod.