

V Olomouci 13. 12. 2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce
VZ-2024-000994 - Síťka extrakční na polypy endoskopická

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 9.12.2024.

DOTAZ č. 1:

Bude Objednatel akceptovat smyčky o průměru 25 mm? Ostatní parametry zůstanou beze změny.

DOTAZ č. 2:

Bude Objednatel akceptovat smyčky o průměru 35 mm? Ostatní parametry zůstanou beze změny.

DOTAZ č. 3:

Požaduje Objednatel, aby měl produkt ZUM kod?

ODPOVĚď č. 1:

Zadavatel trvá na podmínce velikosti oka min. 30 mm, a to vzhledem k velikosti některých resekovaných lézí.

ODPOVĚď č. 2:

Za předpokladu splnění ostatních stanovených parametrů bude zadavatel akceptovat nabídku s velikostí oka 35 mm.

ODPOVĚď č. 3:

Zadavatel bude akceptovat nabídku předmětu plnění se ZUM kódem i bez ZUM kódu.

Nedílnou součástí vysvětlení ZD č. 1 je upravená Příloha č. 5 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek (131224)

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 31. 12. 2024 do 10 hodin

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Příloha č. 5 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek (131224)