

V Olomouci 31.3.2025

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce
VZ-2025-000306 - Pasivní antidekubitní matrace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 28.2.2025.

DOTAZ:

- 1) v poptávce je uvedena Nosnost matrace 200kg, ale v požadavku na základní materiál pouze HR 30, kg /m³ , pro podobné zátěže dáváme minimálně 40 kg, nejlépe 50 kg/m³, Otázka zní, skutečně je toto zadání správně? Jako příklad uvádím náš certifikát, podobné matrace MEDICAL 4, kde je základním materiálem HR 50kg/ m³. Který byl testován zkušebnou.
- 2) není uvedeno prořezání spodní desky pro lepší polohování na lůžku, není tedy požadováno? To souvisí s rizikem deformace v případě použití materiálu HR 30kg/m³.

ODPOVĚĎ:

Parametry uvedené v tabulce minimálních technických podmínek jsou stanoveny jako minimální technické požadavky. Pokud tedy účastník nabídne vyšší hustotu nebo prořezání, tak tyto min. technické požadavky splní.